

Kalibrointitodistus N:o T222802

<i>Sarjanumero</i> 702126	<i>Laitetta ei ole säädetty</i> ☐	<i>Laitetta on säädetty</i> ☐
<i>Lämpötila</i> 21 °C	<i>Kosteus</i> 40 %	<i>Erillinen ohje</i> -
<i>Kalibrointipäivä</i> 11.7.2022	<i>Kalibrointiväli</i> 1 v	<i>Asiakas</i> Testnova Oy
<i>Valmistaja / Tyyppinumero</i> Testnova / RCD-keskus		<i>Laitteen nimi</i> RCD-Keskus
<i>Kalibroinnissa käytetyt laitteet</i>		<i>Sarjanumero</i>
FLUKE 5500		6285003
Keithley 2000		0770202
<i>Laitteen käyttökelpoisuusluokka kalibroinnin jälkeen</i>		
☐ Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä / Laite hyväksytty käyttöön ☐ Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä vain osittain / Laite on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön / Katso kalibrointitodistus ☐ Laitteen suoritusarvot kalibroitu osittain / Katso kalibrointitodistus ☐ Laite ei täytä vaatimuksia / Laite asetettu käyttökieltoon / syy:		
<i>Kalibroinnissa käytetyt ohjekirjat / ohjelmat (valmistaja + ohjekirjan / ohjeen nimi / versio)</i>		
Fluke 5500A operator manual Sähköpiirustus RCD-keskukseen		

1. Internal wiring

Tested to testsocket and banana plugs.

Line	OK/EK
PE	OK
L	OK
N	OK

2. Resistors

Applied DC current	Voltage drop
3.0000 A	1,5068VDC
	Calculated resistance
Calculated resistance VDC / 3A	0.502Ω
	4-johdin
14Ω	14,864Ω
47Ω	46,940Ω
148Ω	148,08Ω
993Ω	993,43Ω

Allekirjoitus



Matti Rajala / 11.07.2022